



ל' באב, התשפ"א
08/08/2021
סימוכין: 648889621

לכבוד
בעלי בתי מרקחת

הנדון: הפעלת מתחמי בדיקות קורונה בבתי מרקחת

1. כללי:

אין מניעה ליטול דגימות לצורך ביצוע בדיקות קורונה מהירות מסוג אנטיגן, או בדיקות PCR בשטח בית המרקחת, בכפוף לרישום מפעיל אתר הבדיקה, וזאת בהתאם להוראות תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקה קורונה), התשפ"א. בהתייחס לנטילת דגימות לצורך ביצוע בדיקות (PCR) שאינן בדיקות מהירות אך מתבצעות תוך שימוש במטוש) ניתן יהיה לבצע את נטילת הדגימות בשטח בית המרקחת, ובלבד שמפעיל האתר יתקשר עם מעבדה מאושרת לצורך פענוח הבדיקות, כמפורט בתקנות שצוינה לעיל. על אף האמור, בדיקות אלה לא תוכלנה להתבצע בחדר הייעוץ הרוקחי או באזורים אחרים בשטח בית המרקחת המיועדים לפעילות מוגדרת כאמור בתקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), התשמ"ב 1982 והוראות משרד הבריאות. כמו כן, על הבדיקות להתבצע בריחוק מדלפק הניפוק, על מנת לאפשר המשך מתן שירות רוקחי הולם בבית המרקחת.

2. פעילות בית המרקחת

בית מרקחת ייעודו מתן שירות רוקחי, ייעוץ והדרכה בנושא תרופות למטופלים, חלקם במצב חיסוני ירוד ושייכים לקבוצות סיכון שונות. יש להדגיש כי בית המרקחת מחויב בשמירת בריאות צוות בית המרקחת והמטופלים/חולים.

חשוב לזכור כי בימים אלה, בהם קצב ההדבקה עולה ומספר המאומתים עולה הסכנה בכניסת חולה מאומת שמוריד את המסיכה ומשתעל ומזהם את סביבתו גבוהה ביותר.

מבנה בית המרקחת מתוכנן לספק את כלל השירותים הניתנים בבית המרקחת לרבות מכירה של מוצרי בריאות משלימים למטופלים. בין היתר, נמכרות בבית המרקחת בדיקות לשימוש עצמי על ידי המטופל בביתו כמו בדיקות הריון בשתן, בדיקות ביוץ ובדיקות משטח גרון לזיהום בחיידק סטרפטוקוק. ניתן למכור בבית המרקחת גם בדיקות קורונה לשימוש עצמי על ידי המטופל בביתו.

הקצאת מתחם בדיקות בתוך בית המרקחת אפשרית, אולם עלולה להפריע לשירות הרוקחי. לכן, חשוב לוודא כי פעילות נטילת הדגימות בשטח בית המרקחת מתבצעת הרחק מדלפק הניפוק ותוך התחשבות יתרה גם בצרכי המטופלים המבקשים לקבל שירות רוקחי בבית המרקחת.

3. הנחיות למניעת זיהום והדבקה

1.

מנהל התכנון של משרד הבריאות ואגף המעבדות קבעו דרישה למספר החלפות אוויר צח מערכות האוורור של מתקני רפואה על מנת לסלק מזהמים, כך שיבטיחו את בטיחות הצוות והמטופלים. החלפות האווריר בבית המרקחת מועטות ואינן כמו אלה הנדרשות במעבדה תקנית העוסקת במטופלים מזהמים נשימתית. לאור כך ניתנה חוות הדעת של מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד, הקובעת את סדר העדיפויות כדלקמן:

עדיפות ראשונה: עמדה חיצונית באוויר הפתוח (הדוגם יכול להיות בתא או ללא תא אך ממוגן).

עדיפות שניה: (במידה ובית המרקחת במול/קניון) **בסמוך לשטח החנות באזור מקורה עם חלל גבוהה**

עדיפות שלישית: בתוך מתחם בית המרקחת במתחם מוגדר על ידי מחיצות קשיחות כמה שיותר קרוב לתעלת היניקה של מערכות מיזוג האוויר, או בצמוד לחלון פתוח. במידה וקיים חדר נפרד עדיף לבצע בו את הדיגום (לא בחדר הייעוץ הרוקחי).

2. מומלץ כי עמדות בדיקות קורונה תמוקמנה במקום פתוח ומאוורר, בדומה למתחמי בדיקה הקיימים היום.

3. אין מניעה שמיקום זה יהיה בסמוך לבית המרקחת וזאת על מנת שערכות הבדיקה ישמרו בבית המרקחת בתנאים נדרשים ויוצאו לעמדת הבדיקה לפי הצורך. חלק ניכר מבתי המרקחת מצויים באזורי קניות/קניונים שבקרבתם שטח פנוי ומאוורר.


4. תנאים לקיום בדיקות בבית מרקחת

במידה ולא ניתן לפעול על פי העדיפויות הראשונה והשנייה, ניתן לאפשר פעילות בהתאם לעדיפות השלישית, בתוך כתלי בית המרקחת, במסגרת הוראת שעה. לצורך הפעלת השירות יש להקפיד על קיום כל התנאים הבאים במצטבר:

1. מתחם הבדיקה יהיה מתחם סגור מכל צדדיו עם מערכת מיזוג אוויר נפרדת (בינוי קשיח או אוהל סגור הרמטי בהתאם להנחיות הבינוי)
2. דיגום באופן אישי יעשה ע"י המטופל ולא על ידי הרוקח (לא תהיה מעורבות רוקח בשום שלב של התהליך)
3. אסור שימוש בחדר ייעוץ רוקחי או במעבדת בית המרקחת המיועדת להכנת תרופות (לרבות מעבדת מיהול ומזיגה) או במחסן.
4. צריך להקפיד על פרטיות המטופלים המקבלים שירות בדלפק בית המרקחת, כמוגדר בנוהל 131 כך שעמדת הדיגום צריכה להיות מרוחקת לפחות 5 מטרים מהדלפק (אזור המתנה למטופלים).
5. עמדת הדיגום צריכה לאפשר שמירה על פרטיות מלאה של הנבדקים והמטופלים.
6. עמדת הדיגום צריכה להיות באזור מאוורר – שאינו האוויר המתפזר בבית המרקחת על פי מסמך 01-AC כנדרש ומקובל במערכת הבריאות בחדרי בדיקות.

7. חייבת להיות הקפדה על עטית מסכות בכל שטח בית המרקחת ולכל ציבור המטופלים והנבדקים באחריות בעל בית המרקחת (לא באחריות הרוקח האחראי המסור לניהול המקצועי והשירות למטופלים המקבלים תרופות).
8. נדרש פח ייעודי לפסולת מסוכנת לזריקת הערכות המשומשות.
9. נדרש הסכם איכות עם חברה לפינוי הפסולת המזוהמת.
10. איסור על החזרות של ערכות משומשות או שנרכשו, על מנת למנוע זיהום חוזר.
11. סדרן שידאג למנוע התקהלות וכניסת נבדקים למתחם הבדיקה.
12. יתר התנאים המפורטים בתקנות (ראה תוספת השלישית בתקנות).
13. הפעלה בהתאם לתנאי רישום אמ"ר של הערכות ולאחר אישור תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה) – בהתאם לתנאים שירשמו ברישום המפעיל.
14. דיווח למשרד הבריאות על תוצאות הבדיקה מייד עם קבלתה דרך ממשק ייעודי שהקים המשרד לדיווח נתונים.
15. מסירת התוצאה לנדגם. באם התוצאה שלילית, אסמכתא מתאימה על פי הנחיות משרד הבריאות. באם התוצאה חיובית, עדכון הנבדק על הצעדים הנדרשים - בידוד ובדיקת PCR תוך 48 שעות.
16. הגשת תרשימים הנדסיים לרוקחים המחוזיים לשינוי המבוקש בבית המרקחת.

בברכה,


 מגר' אלי מרום
 סגן מנהלת אגף הרוקחות

העתקים :

פרופ' נחמן אש, המנהל הכללי, משרד הבריאות
 דר' אסנת לוקסנבורג, מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות
 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי
 רוקחים מחוזיים
 רוקחים ראשיים בקופות החולים