



כ"ז אדר ב תשפ"ב  
30/03/2022

אל:  
משליט  
מנהלים רפואיים קופות חולים  
מנהלים רפואיים בתי חולים  
רוקחים ראשיים קופות חולים  
מנהלי שירותי רוקחות בתי חולים  
גורמים מחסנים (מד"א, שרץ, נובולוג, פמי)  
ס.ל.א

שלום רב,

### הנדון: הארכת תאריך תפוגה לאצווה FK6303 חיסון Comirnaty

1. חיי המדף של Comirnaty, חיסוני הקורונה של חברת Pfizer/Biontech הינם 9 חודשים מלאים בטמפרטורה של  $-90^{\circ}$  -  $-60^{\circ}$ , מתאריך ייצור האצווה.
2. על סמך נתוני היציבות, ניתן להשתמש באצווה FK6303 במשך תשעה חודשים מלאים, מאז תאריך הייצור, ובתנאי שאוחסנו בתנאים המתאימים. לאור זאת, תאריך התפוגה של אצווה FK6303 שיוצרה בתאריך 25.8.21 הינו 25.5.22.
3. תאריך התפוגה יסומן כמקובל במדבקה צהובה על גבי אריזות הקרטון של החיסון ללא עדכון התאריך על גבי הבקבוקונים.
4. אנא עדכנו את הצוותים הרפואיים בדבר השינוי והארכת תוקף האצווה.

בברכה,

ד"ר עפרה אקסלרוד

עפרה אקסלרוד

מנהלת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה וס. מנהל אגף הרוקחות

העתקים:

ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת רפואה  
ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור  
ד"ר אסנת לוקסנבורג מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר  
ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד  
מגר' אלי מרום, סגן מנהל אגף הרוקחות  
מגר' רחל שימונוביץ, מפקחת ארצית לתנאי ייצור נאותים תכשירים רפואה  
ד"ר ורד בן נעים, מנהלת הערכת איכות של תכשירים ביולוגים



גב' לימור אייזנברג, מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות, מנהל הסיעוד  
גב' דנה ארד, מנהלת מערך בטיחות מטופלים, אבטחת איכות  
גב' לירון זוהר מנהלת תחום תכניות לאומיות, חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר, חטיבת טכנולוגיות רפואיות  
ד"ר אורי פיינשטיין חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר, חטיבת טכנולוגיות רפואיות  
נעם יעקב-משלט  
מגר' עינת בלום, רוקחת אחראית, חברת ס.ל.א.