

07/2026

רופא/ה נכבד/ה
רוקח/ת נכבד/ה

**הנדון: Erleada 60mg, Erleada 240mg
ארלידה 60מ"ג, ארלידה 240 מ"ג**

חברת J-C Health Care Ltd מבקשת להודיעכם כי העלון לרופא של התכשירים שבנדון התעדכן ב-07-2026. פרטי העדכון העיקריים מופיעים בהמשך (טקסט שנוסף מסומן באדום, טקסט שהושמט מסומן בטקסט בחול עם קו-חוצה, טקסט המהווה החמרה מודגש ברקע צהוב), אך קיימים עדכונים נוספים.

ההתוויות המאושרות לתכשיר בישראל:

Erleada is indicated in adult men for the treatment of

- metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC) in combination with androgen deprivation therapy (ADT)
- non-metastatic castration-resistant prostate cancer (nm-CRPC).

מרכיב פעיל: APALUTAMIDE

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:
<https://israel drugs.health.gov.il/#!/byDrug>

כמו כן, מצורפים לפרסום זה וניתן לקבל העתק מודפס שלהם באמצעות פנייה לבעל הרישום: J-C Health Care Ltd, קיבוץ שפיים, 6099000, טל': 09-9591111.

בברכה,

יעל לפידות מללי
רוקחת ממונה
J-C Health Care Ltd

העדכון בעלון לרופא:

7 WARNINGS AND PRECAUTIONS

....

7.7 Interference with Immunoassay Measurement of Digoxin

ERLEADA can interfere with certain digoxin immunoassays (e.g., Chemiluminescent Microparticle Immunoassays), resulting in falsely elevated digoxin plasma concentration results. Notify the laboratory conducting the digoxin plasma concentration assay to use an appropriate method in patients receiving ERLEADA and digoxin [see Drug Interactions (9.3)].

....

9 DRUG INTERACTIONS

....

9.3 Laboratory Test Interference

ERLEADA can interfere with certain digoxin immunoassays (e.g., Chemiluminescent Microparticle Immunoassays), resulting in falsely elevated digoxin plasma concentration results. Notify the laboratory conducting the digoxin plasma concentration assay to use an appropriate method in patients receiving ERLEADA and digoxin [see Warnings and Precautions (7.7)].

....

12 DESCRIPTION

...

...